

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Вискозиметр Суттарда типа «ВС» предназначен для определения нормальной густоты гипсового теста в соответствии с ГОСТ 125-70.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Внутренний диаметр цилиндра, мм	50
Высота цилиндра, мм	100
Габаритные размеры, мм	
размер стекла	220 X 220 X 4
общая высота	108
Масса, кг	1,67

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Цилиндр	1 шт.
3.2. Шкала на бумаге	5 шт.
3.3. Стекло	2 шт.
3.4. Паспорт	1 экз.

Примечание: При изготовлении шкалы из алюминиевого сплава изделие комплектуется одной шкалой.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вискозиметр «ВС» должен храниться в сухом помещении при комнатной температуре. Использовать вискозиметр можно только в лабораторных условиях.

5. ГАРАНТИИ

Тюльчинский механический завод гарантирует работу изделия в течение 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с завода.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вискозиметр Суттарда типа «ВС» зав. № изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК *С. С. Сидоров*

Дата выпуска «.....» 19 .. г